Sure-Seal Root ™

Materiál pro uzavření kořenových kanálků

Popis

Sure-Seal Root ™ je praktická předem namíchaná injektovatelná kalcium aluminosilikátová pasta určená pro trvalé uzavření kořenového kanálku. Pasta Sure Seal Root ™ je založena na směsi kalcium aluminosilikátu, tuhne a tvrdne za účasti vody. Pasta Sure Seal Root ™ se během tuhnutí nesmršťuje a má vynikající fyzikální vlastnosti.

Doba tuhnutí

Doba tuhnutí je 25 minut, měřeno podle ISO 6876:2012 (100% vlhkost).
V prostředí normálních kořenových kanálků však může činit více než 2,5 hodiny.

Složení

Směs kalcium aluminosilikátu, oxid zirkoničitý, plnící a zahušťující látka.

Indikace

Trvalé uzavření kořenového kanálku.

Doporučený postup

1. Připravte a zvlhčete kořenový kanálek pomocí standardních endodontických metod.
2. Sejměte z injekční stříkačky Sure-Seal Root ™ ochranný kryt. K ústí injekční stříkačky opatrně připojte jednorázový hrot pro vnitřní ošetření kanálku, a sice jeho otočením proti směru chodu hodinových ručiček. Jednorázový hrot je pružný a lze jej ohnout tak, aby pronikl do kořenového kanálku.
3. Zasuňte hrot stříkačky do kořenového kanálku, ne však hlouběji než do jedné třetiny (1/3) korunky.
Jemně a opatrně vpravte pastu Sure-Seal Root ™ do apexu kořenového kanálku. V tuto chvíli je možné pořídit RTG snímek a ověřit tak řádné uzavření apexu. Není-li pasta Sure-Seal Root ™ umístěna správně, důkladně ji z kořenového kanálku vypláchněte a postup opakujte.
4. Pokračujte s vyplňováním kořenového kanálku pastou Sure-Seal Root ™ při současném vytahování jednorázového hrotu. Kořenový kanálek zcela vyplňte; zabraňte tvorbě vzduchových bublin a přeplnění kořenového kanálku.
5. Pomocí vlhké vatové kuličky odstraňte z horní části kořenového kanálku přebytečné množství pasty Sure-Seal Root ™.
6. S použitím standardních endodontických metod umístěte do kořenového kanálku gutaperčové čepy.
7. Pasta Sure-Seal Root ™ zůstane součástí trvalé výplně kořenového kanálku.

Bezpečnostní opatření a skladování

1. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
2. Skladujte v chladu.
3. Pouze pro použití ve stomatologii.
4. Materiál smí používat pouze zubní lékař nebo odborník v oboru stomatologie. Postupujte podle pokynů a dodržujte bezpečnostní opatření.
5. Ukládejte mimo dosah uživatelů, kteří nejsou stomatologickými odborníky, včetně dětí, seniorů a dalších osob.
6. Vyhněte se přeplnění apexu.
7. Nevytlačujte pastu ze stříkačky nadměrnou silou, aby pacient necítil přílišnou bolest.
8. Dostane-li se pasta do kontaktu s očima, ihned je vypláchněte velkým množstvím vody.
9. Pokud stříkačku s pastou právě nepoužíváte, uzavřete pevně její kryt.
10. Jednorázový hrot nepoužívejte opakovaně.
11. Neužívat vnitřně.
12. Nepoužívejte pastu po uplynutí data trvanlivosti.

Symboly(EN980)

Use by Date

Lot number

Consult Instructions for use



Temperature Limit



European representative

Manufacturer

Trvanlivost: 2 roky od data výroby

Záruka

Společnost SURE DENT CORPORATION vymění výrobek, který je prokazatelně vadný.
Společnost SURE DENT CORPORATION nenese zodpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu, přímou nebo následnou, pocházející z použití nebo neschopnosti použít popsaný výrobek. Před použitím uživatel zodpovídá za stanovení vhodnosti použití výrobku pro daný účel. Uživatel na sebe přebírá veškeré riziko a zodpovědnost s tím spojené.

SURE DENT CORPORATION
#809, 52 Sagima gol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13210, Korea
Tel: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724 E-mail: suredent@suredent.com

SARL Man (European Representative)
5 Rue Cécile Vallet, 92340, Bourg La Reine, France

CE 0197 **Datum vydání 11/2016. Návod k použití Sure-Seal Root. Rev. 1.**

Sure-endo